Техническое задание на поставку прибора для определения оттенка цвета зубов и реставраций.

Заказчик: НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД»

Место поставки товара: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5

№	Наименование поставляемого товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1.	Прибор для определения оттенка цвета зубов и реставраций VITA Easyshade V или эквивалент	•Спектрофотометр для точного, быстрого и надежного определения цвета естественных зубов, а также керамических реставраций <u>Области применения:</u> •Определение цвета для выбора CAD/CAM материала •Определение цвета для выбора композитного материала для прямых реставраций •Определение цвета для выбора зубов для протезирования •Советы по индивидуализации фронтальных зубов для достижения высокоэстетичного результата. •Документирование процедуры отбеливания •Поддержка всего процесса изготовления реставраций (проверка цвета после первого обжига и т.д.) •Контроль качества в лаборатории и клинике •Интраоральное определение цвета керамической реставрации •Экстраоральное определение цвета керамической реставрации <u>Технические требования:</u> •Должен быть оснащен высокоточной технологией и программным обеспечением с интегрированной нейронной сетью, для точного определение цвета за считанные секунды • Диапазон измерений от 400 до 700 нм* •Индуктивная зарядка с долговечной батареей типа АА •Спектральные фильтры для измерения	Шт.	1

		спектра ремиссии •Результат измерений должен демонстрироваться по системам: VITA classical A1-D4®, VITA SYSTEM 3D-MASTER® и VITABLOCS®, а также цветам отбеленных зубов, в соответствии с American Dental Association (ADA) •Возможность цифровой передачи и документации данных о цвете зуба с помощью программного обеспечения для ПК и мобильного приложения •Цветной сенсорный дисплей (наличие) •Долговечная батарея с интегрированной анти-разрядной технологией •Для максимальной гигиены конструкция должна быть бесшовной •Гарантия: не менее 12 месяцев •Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития •Сертификат соответствия Госстандарта РФ или Декларация соответствия <u>Комплект поставки:</u> •Наконечник измерительный •Устройство зарядное •Кабель сетевой •Колпачок защитный •Устройство для беспроводной передачи данных •Программное обеспечение •Инструкция на русском языке		

* Показатель является конкретным и изменению не подлежит

Составил: Ведущий инженер хозяйственного отдела _____ В.А. Лупырь

Согласовано: Заместитель директора по АХВ _____ М.А. Демчук