Техническое задание на поставку стоматологического оборудования

Заказчик: НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД»

Место поставки товара: г. Москва г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5

№	Наименование поставляемого товара, торговая марка (или эквивалент), артикул (каталожный номер)	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Аппарат стоматологический	• Наконечник для воздушно-абразивной обработки поверхностей зубов, подключаемый к турбинному шлангу стоматологической установки • Удаление налета и мягких зубных отложений • Очистка и подготовка операционного поля • Возвращение зубам пациента естественного, здорового цвета (с легким отбеливающим эффектом) • Обеспечение оптимальной адгезии для композитных материалов • Обеспечение профилактики кариеса и заболеваний пародонта • Не должен требовать сложного подключения к установке с привлечением специалистов по обслуживанию медицинской техники • Легкий, сбалансированный, эргономичный, мобильный • Компактная, расширенная, вращающаяся носовая часть должна обеспечивать обзор обрабатываемой поверхности • Отсутствие засорения воздушных и водных каналов • Должен работать с профилактическим порошком, который состоит из специально обработанных частиц бикарбоната натрия • Высокая производительность при выполнении ряда лечебно-профилактических процедур • Порошок должен засыпаться в сферическую полость, встроенную в корпус наконечника • Подача воды (bar): 0.7 • Подача воздуха (bar): не менее 2.2, но не более 3.5 • Объем резервуара (гр): не менее 22, но не более 25 • Тип соединения: Midwest • Рекомендуемый цвет: антрацит • Масса (гр): не менее 500, но не более 650	Компл.	2

		Комплект поставки: • Корпус наконечника с вращающейся носовой частью с насадкой для полирования 120 градусов • Запасная крышка резервуара порошка • Профилактический порошок: банка, не менее 300 гр. • Аксессуары для ежедневного технического обслуживания наконечника • Инструкция на русском языке		
2	Светильник медицинский бестеневой	• Эргономичный функциональный светодиодный светильник, бестеневой • Производит направленный и идеально правильный свет для стоматологии, зуботехнических лабораторий • Свет должен быть максимально приближен к дневному естественному освещению • Оптимальное рабочее освещение с минимальным теплоизлучением • Интенсивность освещения при низком потреблении электроэнергии • Потолочный, подвесной • Лёгкий, стильный и гигиеничный дизайн • Самоохлаждающаяся алюминиевая конструкция • Должен быть оснащен встроенными высококачественными светодиодными модулями, иметь герметичную конструкцию • Грязь и бактерии не должны проникать внутрь • Плавная регулировка интенсивности освещения (диммер - наличие) • Программируемый пульт управления (наличие) • Освещенность не менее 9500 лк/0.6 м • Цветовая температура 3000-6500К* • Индекс цветопередачи RA 93 • Напряжение питания 220 В/50 Гц • Максимальная потребляемая мощность 264 Вт* • Размеры (ШхВхГ) 1200 х230х50 мм ±10 мм • Вес: не более 5 кг Комплект поставки: • Светильник • Тросы для подвески • Пульт • Инструкция на русском языке	Компл.	1
3	Микромотор для зуботехнических работ	• Микромотор бесщеточный для зуботехнических работ настольно-горизонтального типа	Компл.	1

	настольно-горизонтального типа	• Должен обладать функцией автоматической стабилизации скорости, точным контролем микропроцессора, функцией вывода кода ошибки • Конструкция должна способствовать снижению энергопотребления • Наличие профилактического режима для проверки основной функции переключателей, цифровых индикаторов, педалей, моторов и т.д. • Легко читаемый индикатор скорости (наличие) • Звуковой контроль функций • Удобный, цифровой дисплей скорости • Возможность установки режима технического обслуживания • Тип наконечника: вращающий • Тип бормашины: портативный • Скорость от 1000 до 50 000 об/мин* • Напряжение: 230В переменного тока (50/60Гц) • Максимальный крутящий момент 8.7 Н/см • Размеры (ШхДхВ) – не более 170х250х79 мм • Вес: не более 3 кг <u>Комплект поставки:</u> • Блок управления • Наконечник с микромотором • Педаль управления • Подставка для наконечника • Инструкция на русском языке		

Обязательные требования:

- Гарантия на оборудование: не менее 12 месяцев
- Срок поставки – не более 10 рабочих с даты подписания Договора.
- Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
- Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ или декларации соответствия

Составил:
Ведущий инженер хозяйственного отдела _____ В.А. Лупырь

Согласовано: зам. главного врача
По стоматологии _____ Т.В. Ганич

Согласовано:
И.о. заместителя директора по АХВ _____ В.В. Шульгач