Техническое задание на поставку медицинского оборудования для отделения оториноларингологии

Заказчик: НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД»

Место поставки товара: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5

Срок поставки: в течение 20 календарных дней с даты подписания договора.

Общие положения:

- ✓ Гарантия - не менее 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.
- ✓ Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на товар – наличие.
- ✓ Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта РФ на товар – наличие.
- ✓ Руководство по эксплуатации на русском языке – наличие.

1.Эхосинускан

Описание:

- Безболезненное сканирование.
- Простота использования.
- Мобильность аппарата.
- Высокая достоверность результатов, подтвержденная научными исследованиями.
- Наглядность представления информации на LCD дисплее устройства.
- Возможность сохранения результатов диагностики в памяти устройства.
- Возможность подключения к ПК (хранение и распечатка данных)

Технические характеристики:	
Глубина сканирования	До 8 см
Частота ультразвука	3 МГц
Дисплей	Графический LCD, 64x128 pixel, 30x57 мм
Память	Сохраняет результаты не менее 4 измерений
Шкала	не менее 8 см
Аккумулятор	6,2 В, 720 мА/ч, NiMH
Размеры	Не более 210x69x36 мм
Вес	Не более 300 г (вместе с аккумулятором)

2. Аппарат ультразвуковой оториноларингологический для хирургического и консервативного лечения заболеваний лор-органов

Технические характеристики:	
Габариты генератора (мм)	Не более 300× 280 × 120
Габариты акустической системы (мм)	длина не более 140, Ø38
Масса в комплекте поставки	Не более 6 кг
Масса генератора	Не более 3,5 кг
Масса акустической системы	Не более 0,255 кг
Потребляемая мощность	не более 100 ВА
Режим питания	220В / 50 Гц
Эквивалентный уровень звука	55 дБа
Время установки рабочего режима	не более 5 с.
Количество акустических систем	2 шт.
Рабочая частота	26,5 кГц
Амплитуда смещения рабочего торца волновода-инструмента	от 20 мкм до 60 мкм
Режим работы в течение 6 часов повторно-кратковременный	наличие
Длительность работы / перерыва одного акустического узла	60с / 60с
Дискретность установки временных интервалов работы	от 10 с. до 60 с.
Автоматическая подстройка частоты	наличие
Светоизлучающий индикатор для контроля установленной амплитуды	наличие
Подача звукового сигнала при включении / отключении акустического узла	наличие

Составил: Ведущий инженер хозяйственного отдела _____ В.А. Лупырь

Согласовано: И.о. заместителя директора по АХВ_____ В.В. Шульгач