Техническое задание на выполнение работ по ремонту стоматологических установок

Sirona C8+ (№ 22625; №119724; № 11780)

Закупка № 19152000332

1. **Заказчик:** НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД»
2. **Место оказания услуги по проведению работ по техническому обслуживанию медицинской техники:** г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5 стр.1
3. **Требования к документам:** Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.
4. **Цели использования результатов работ (услуг):** поддержание работоспособности обслуживаемого медицинского оборудования.
5. **Виды выполняемых работ (оказываемых услуг):**
6. **Проводимые работы:**

№ п/п	Наименование оборудования	Работы, запасные части	Кол-во
1.	Стоматологическая установка, Sirona C8+ зав. № 22625. Кабинет 334.	замена двигателя сепаратора в сборе с помпой установки Sirona замена шланга пылесоса замена шланга слюноотсоса	1
2.	Densply x smart (00357022)	замена аккумуляторной батареи	1
3.	Стоматологическая установка, Sirona C8+ зав. № 11780	замена резиновой кнопки пустера, замена шланга слюноотсоса	1
4.	Стоматологическая установка, Sirona C8+ зав.№119724. Кабинет 433.	замена шланга пылесоса	1

7. **Требования к качественным характеристикам услуг, к безопасности услуг.**
   - оказываемые услуги по техническому обслуживанию должны производиться специалистами, обладающими соответствующей квалификацией. Деятельность Исполнителя должна быть регламентирована соответствующими Лицензиями и Сертификатами;
   - исполнитель должен предоставить гарантию на выполненные работы не менее 1 месяца;
   - исполнитель должен своевременно информировать Заказчика о техническом состоянии обслуживаемого оборудования, производить выдачу технических заключений о работоспособности оборудования и о целесообразности его ремонта.
8. **Срок выполнения работ:**
   - в течении 20 календарных дней с момента заключения договора.

Составил:

Ведущий инженер хозяйственного отдела _____ М.А. Голубев

Согласовано:

Заместитель директора по АХВ-начальник отдела _____ В.В. Шульгач